



**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
AEMPS**

**DETECCIÓN EN EL MERCADO EUROPEO (REINO
UNIDO) DE FALSIFICACIONES DE LAS PINZAS DE
CORDÓN UMBILICAL, DE LA EMPRESA CHANGSHU
TAINING MEDICAL EQUIPMENT Co. Ltd. CHINA,
CON EL NÚMERO DE LOTE 20101230**

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2011

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, FALSIFICADOS.
Referencia: PS, 22 /2011

La AEMPS informa de la detección en el mercado Europeo de pinzas de cordón umbilical falsificadas, de la empresa Changshu Taining Medical Equipment Co. Ltd. China, que llevan el número de lote 20101230, por lo que dicho lote no debe adquirirse ni utilizarse

Se ha recibido en la Subdirección General de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), comunicación de las autoridades sanitarias del Reino Unido, relativa a la detección en su mercado de falsificaciones de las pinzas de cordón umbilical fabricadas por Changshu Taining Medical Equipment Co. Ltd. China.

De acuerdo con la información facilitada, a raíz de un incidente con una pinza correspondiente al lote 20101230, el fabricante informó que nunca había fabricado pinzas con ese número de lote.

Se advierte a los centros y profesionales sanitarios que el lote 20101230 de las pinzas de cordón umbilical de la empresa Changshu Taining Medical Equipment Co. Ltd. China, carece de garantías de seguridad, eficacia y calidad al tratarse de un lote falsificado, por lo que las pinzas de dicho lote no deben adquirirse ni utilizarse.